

イオンクロマトグラフ分析装置の購入にかかる
入札仕様書

平成 30 年 11 月

公立大学法人滋賀県立大学

(1) イオンクロマトグラフ分析装置 一式の購入の仕様

Thermo Fisher Scientific 社製

Dionex Integrion 陽イオン/陰イオン分析システム

(内訳)

Integrion カラム恒温槽デガス付

電気伝導度検出器 CD Integrion システム用セル付

Desk top workstation 1CMS7.2 ソフト

WSO ライセンス タイムベース×4

New License Key ガイド&DVD パッケージ

IonPac AS12A 4mm 分離カラム

IonPac AS12A 4mm ガードカラム

ACRS-500(4mm)

2.7mmol/L Na₂CO₃/0.3mmol/L NaHCO₃

陰イオン混合標準液IV 50mL、7成分混合

IonPac CS12A-8 μ m4mm 分離カラム

IonPac CS12A-8 μ m4mm ガードカラム

CCRS-500(4mm)

20mmol/L メタンサルホン酸

陽イオン混合標準液II 50mL、6成分混合

オートサンプラーAS-AP

AS-AP 用 6ポートバルブ マウンター付

バイアルトレイ 1.5/0.3mL用(40穴)

バイアルキット 1.5ml sc-cap型(100個)、PP製

MMS/SRS 据付けキット サプレッサー据付けキット

※据付調整費を含む。

(2) 同等品による入札の可否 否

(3) 納入期限 平成31年2月27日(水)

(4) 納入場所 B4棟1階 106

(5) その他・入札金額(合計)は、搬入・設置等にかかる各種諸経費を含むこと。